

**ESCLARECIMENTO Nº 02**  
**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2022**

**OBJETO: C CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA PARA OS LABORATÓRIOS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMASA.**

Em cumprimento ao disposto no item 15.17 do Edital, a EMASA vem publicar esclarecimento referente ao instrumento em apreço.

As respostas do presente esclarecimento, por serem de cunho técnico, foram emitidas pela demandante da licitação, o Analista Químico Sr. Caio Cardinali Rebouças.

Questionamento 01: Sobre o LOTE 01 – ITEM 04 - No edital constam duas faixas para o item 4, lote 1, sendo de 0,06 a 3,50 e 0,20 a 5,00, qual seria a correta? Se for a de 0,20 a 5,00, seria aceito um reagente com faixa de 0,15 a 4,50 mg/l?

**RESPOSTA: Resposta: A faixa correta é 0,20 a 5,00 mg/L. Visando assegurar a ampla concorrência, será aceito o kit reagente de fósforo total em faixa de concentração de 0,15 a 4,50 mg/L de PO43.**

**Ana Paula Araujo**  
**Pregoeira**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B9AB-9391-DDD5-9A05

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANA PAULA ARAUJO (CPF 050.XXX.XXX-69) em 21/10/2022 12:49:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://emasa.1doc.com.br/verificacao/B9AB-9391-DDD5-9A05>